



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «ТЕРМОТРОНИК». ОГРН: 1107847179230.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 193318, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Ворошилова, дом 2.

Телефон: +7(812)3261050. Адрес электронной почты: zakaz@termotronic.ru

в лице Генерального директора Чугунова Олега Борисовича

заявляет, что Преобразователи измерительные АДИ, исполнения: АДИ-0-0, АДИ-0-1, АДИ-1-0, АДИ-1-1. Продукция выпускается в соответствии с ТУ 4217-004-65987520-2014 "Преобразователи измерительные АДИ".

изготовитель Закрытое акционерное общество «ТЕРМОТРОНИК».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 193318, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Ворошилова, дом 2.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9030331000. Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 261ЕМ-LAB02/17 от 08.02.2017 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации № RA.RU.21MЭ64.

Руководство по эксплуатации ТРОН.407290.004 РЭ Редакция 2.1.

Этикетка ТРОН.407290.004 ЭТ.

План производственного контроля в редакции 2017 года.

Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация

Применяемый стандарт: раздел 4, подразделы 6.2, 6.5, 7.2 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний".

Условия и сроки хранения продукции: хранение осуществлять в штатной упаковке в отапливаемых помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли. Условия хранения: температура окружающего воздуха от 10 до 30 °С; относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 95 %. Консервация и обслуживание АДИ при хранении не требуется.

Срок хранения не установлен. Срок службы 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.02.2022 включительно

(подпись)

М.П.



Чугунов Олег Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.07698

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2017